

Vaksin COVID-19 Sinovac

Kaedah Pengekstrakan Vaksin 2-Dos



Keperluan picagari
Jenis Low Dead Volume (LDV)
1ml

Saiz jarum yang dicadangkan
**21G dengan kepanjangan minima
38mm (1½")**

Nota: Kapanjangan jarum adalah penting untuk memastikan penghujung jarum dapat mencecah ke dasar bebuli.

Posisi Vial (Bebuli)
Posisi menegak pada kecondongan 45°



Langkah Berjaga-jaga Sewaktu Pengekstrakan

1. Bagi dos vaksin yang pertama, ekstrak 0.58-0.59ml vaksin vaksin daripada bebuli.
2. Jarum untuk pengekstrakan (21G) boleh dibiarkan di dalam vial untuk digunakan bagi pengekstrakan dos ke-2 vaksin.
3. Selepas jarum suntikan ditukar kepada 23G/25G dengan kepanjangan 25mm dan "prime" sehingga paras 0.50ml pada picagari untuk memulakan penyuntikan.
4. Bagi dos vaksin yang ke-2, ekstrak kesemua baki vaksin dalam bebuli dan ulangi langkah ke-3 di atas.
5. Sekiranya terdapat kekurangan dalam kandungan isipadu selepas pengekstrakan pada dos ke-2, sila periksa semua dalam masa 30 saat dalam posisi bebuli secara menegak untuk menentukan sekiranya masih ada lebihan vaksin di dalam bebuli.